

นิพนธ์ต้นฉบับ

เปรียบเทียบการตรวจไวรัสโรต้าในอุจจาระ¹ โดยวิธีミニ-ลาเท็กซ์ แยกกลุ่มเนชั่น และวิธีไอไลซ่า²

วรรณา พวรรณรักษَا*
จินคนา บุณฑายกกร** วนิดา มั่งมี*

Punnarugsa V, Woodtayakorn J, Mungmee V. Comparative Study in the Detection of Rotavirus in Feces, Using Mini-Latex Agglutination and Enzyme Linked Immunosorbent Assays. Chula Med J 1989 Feb;33(2) : 113-117

A study of Rotavirus in 300 fecal specimens was performed using LA test in which the volume of reagents was reduced to 20 ul., and was compared to ELISA. The Mini-LA yielded results agreed with the ELISA in 97.0 percents(291/300), discordant in 2 percents(6/300). When the recommended volume was tested on the 9 discrepant samples, the results remained the same. The sensitivity and specificity of Mini-LA test as compared to ELISA were 87.5 and 99.6 percents respectively.

Reprint request: Punnarugsa V, Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10500, Thailand.

Received for publication. July 27, 1988.

* ภาควิชาจุลทรรศน์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** นิติศปริญญาโท สาขาวิชาจุลทรรศน์วิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในปี 1973 Bishop⁽¹⁾ ได้ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน ตรวจพบอาชุภัคไวรัสในผนังของลำไส้เล็กของผู้ป่วยเด็กที่มีอาการอุจจาระร่วง ไวรสนี้ได้ชื่อว่าไวรัสโรคเป็นสาเหตุสำคัญของโรคอุจจาระร่วงในเด็ก การแยกเชื้อไวรัสโดยเพาะเลี้ยงในเซลล์ตับเจอร์ทำได้ยาก⁽²⁾ และไม่แสดงลักษณะ CPE ที่ดี วิธีการตรวจไวรัสนี้ส่วนมากเป็นวิธีการอาศัยปฏิกิริยาของแอนติเจน แอนติบอดี เช่น immunoelectron microscopy (IEM)⁽³⁾ immunoelectro osmophoresis (IEP)⁽⁴⁾, immunofluorescence (IF)⁽⁵⁾, radioimmunoassay (RIA)⁽⁶⁾, enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)^(7,8), reversed passive hamagglutination (RPHA)⁽⁹⁾ และวิธี latex agglutination (LA)⁽¹⁰⁾

วิธี RIA, ELISA ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความไว และความเที่ยงตรงเทียบเท่ากับวิธี EM หรือ IEM⁽¹¹⁾ และวิธี LA, RPHA และ EM ก็ให้ผลใกล้เคียงกัน⁽¹⁰⁾ วิธี LA นั้นทำง่ายใช้วาลีสัน ปั๊จุบันน้ำยาที่ใช้เป็นน้ำยาสำเร็จรูปที่มีขายตามห้องทดลอง ซึ่งหมายความว่าจะนำไปใช้ในสถานที่ไกล ๆ ที่ไม่อ่าจะมีบริการตรวจหาไวรัสโรคโดยวิธีอื่น ๆ แต่มีข้อเสียคือน้ำยานี้มีราคาแพง ประมาณ 70 บาทต่อการตรวจ 1 ครั้ง

การใช้น้ำยาสำเร็จรูปโดยวิธี LA นั้น ตาม direction จะใช้น้ำยา 50 μl ให้ทำปฏิกิริยากับตัวอย่างอุจจาระแบบกลอย (suspension) ปริมาตร 50 μl ถ้าหากเราสามารถพิสูจน์ว่าเมื่อสอดปฏิมาณน้ำยาและตัวอย่างอุจจาระลงแล้วให้ผลเดียวกันก่อนจะมีประโยชน์ยิ่งขึ้นโดยสามารถลดค่าใช้จ่ายลง

วัสดุประสงค์

เพื่อศึกษาการตรวจไวรัสโรคในอุจจาระโดยวิธี LA โดยลดปริมาณน้ำยาของวิธี LA ลงเหลือ 20 μl เรียกว่าวิธี Mini-LA เปรียบเทียบผลกับวิธี ELISA

วัสดุ

อุจจาระ อุจจาระที่นำมาตรวจเปรียบเทียบ เป็นอุจจาระที่ส่งมาจากภาควิชาภูมิการเวชศาสตร์จำนวน 300 ราย
น้ำยา LA สำเร็จรูป ใช้ Rotalex ของ ORION DIAG-NOSTICA
ELISA เป็นวิธีการตรวจที่ใช้ตรวจประจำในห้องปฏิบัติการไวรัส ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย⁽¹²⁾ ซึ่งใช้วิธี double antibody sandwich ELISA และควบคุมการทดสอบ โดยใช้ normal rabbit immunoglobulin fraction เป็นตัวจับปฏิกิริยา nonspecific reaction

วิธีการ

อุจจาระที่นำมาตรวจ ทำเป็น 10% suspension โดยใช้ PBS ผสมให้เข้ากันดีแล้วนำไปบีบในปั๊มที่ 2500 RPM ที่ 4°C นาน 10 นาที เอาหน้าใสส่วนบนมาตรวจโดยวิธีทั้งสองโดยเจ้าหน้าที่ 2 คน แยกตรวจละวิธี

การตรวจโดยวิธี LA ใช้ตัวอย่างอุจจาระ 20 μl หยดลงบน test slide 2 หลุม ๆ ละ 1 หยด แล้วหยด Rotalex reagent (anti-rotavirus coat latex) ลงในหลุมแรกและหยด Rotalex control (normal rabbit immunoglobulin coat latex) ลงในหลุมที่ 2 โดยใช้ปริมาตรเท่ากันกับตัวอย่างคือ 20 μl ผสมให้เข้ากัน อ่านผลภายใน 2 นาที

การอ่านผลและแปลผล

ต้องอ่านผล agglutination ของทั้งสองหลุมพร้อมกันและแปลผลดังนี้

| Rotalex reagent | Rotalex control | Result |
|-----------------|-----------------|----------------------------|
| - | - | negative |
| + | - | positive |
| - or + | + | non specific agglutination |

+ = agglutination จะเห็น Latex มาเกาะกู่ม่องเห็นได้ด้วยตาเปล่า

- = non agglutination จะเห็น Latex ชุ่นขาวเหมือนเดิม

การตรวจโดยวิธี ELISA ใช้วิธีการและการแปลผลตามวิธีที่ใช้ประจำในห้องปฏิบัติการไวรัส⁽¹²⁾

การตรวจและแปลผลของแต่ละวิธีแยกทำโดยเจ้าหน้าที่ 2 คน ซึ่งมีความชำนาญเฉพาะวิธี และไม่ทราบผลของกันและกัน ตัวอย่างที่ให้ผลต่างกันจะถูกนำมาตรวจโดยวิธี LA มาตรฐาน โดยใช้ปริมาณน้ำยา 50 μl ตาม direction ที่แนะนำมาพร้อม kit

ผลการทดลอง

การตรวจเปรียบเทียบโดยวิธีทั้ง 2 ในตัวอย่างอุจจาระ 300 ราย ได้ผลดังนี้

| | |
|--|--------------------------------|
| 1. วิธี Mini-LA ให้ผลคล้อยตามวิธี ELISA | จำนวน 291 ราย คิดเป็นร้อยละ 97 |
| เป็นผลบวกเหมือนกัน | 35 ราย |
| เป็นผลลบเหมือนกัน | 256 ราย |
| 2. Mini-LA เกิด nonspecific 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 | |
| 3. Mini-LA ให้ผลตรงข้ามกับ ELISA 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 | |
| เป็น False positive | 1 ราย |
| False negative | 5 ราย |

4. อุจจาระที่เกิด nonspecific agglutination และที่ให้ผลแตกต่างจาก ELISA จำนวน 9 รายนี้ได้นำมาตรวจช้าและตรวจโดยวิธี LA แต่ใช้จำนวนน้ำยาตามมาตรฐานคือ 50 μl พบร่วมกับ ELISA ร้อยละ 97.0 (291/300) ให้ผลต่างกันร้อยละ 2.0 (6/300) และเกิด nonspecific agglutination ร้อยละ 1.0 (3/300)

วิจารณ์

ได้ทดลองตรวจอุจจาระโดยวิธี Mini-LA ซึ่งลดปริมาณของน้ำยาลงจาก 50 μl เหลือ 20 μl แล้วเปรียบเทียบผลกับวิธี ELISA ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ประจำในห้องปฏิบัติการไวรัส ซึ่งมีความไวร้อยละ 94.7 และความจำเพาะร้อยละ 96.1⁽¹²⁾ พบร่วมกับ ELISA ร้อยละ 97.0 (291/300) ให้ผลต่างกันร้อยละ 2.0 (6/300) และเกิด nonspecific agglutination ร้อยละ 1.0 (3/300)

ตัวอย่างที่ให้ผลต่างกัน ได้นำมาทดสอบโดยวิธี LA ใช้ปริมาณน้ำยาเท่ากันที่บีซิทแอนด์ไฮโซ่ให้ใช้คือ 50 μl กับยังคงได้ผลเหมือนกับที่ใช้น้ำยาระบิมาณ 20 μl ซึ่งแสดงว่า แม้จะใช้น้ำยา 50 μl ก็ไม่ทำให้ได้ผลดีไปกว่าการใช้น้ำยา 20 μl นั้นคือการลดปริมาณลงไม่ทำให้ผลการตรวจเปลี่ยนไป

การที่เลือกใช้ปริมาณ 20 μl เป็นจากได้ทดลองใช้น้ำยาสำเร็จรูปปริมาณต่าง ๆ กันคือ 50,40,30,20,15 และ 10 μl ให้ทำปฏิกิริยากับตัวอย่างอุจจาระปริมาณเท่ากันที่ทราบว่ามีและไม่มีโรต้าไวรัส พบร่วมเกิด agglutination หรือให้ผลบวกกับตัวอย่างที่มีไวรัสโรต้า และไม่เกิดผลลบกับตัวอย่างที่ไม่มีไวรัส ซึ่งการย่านผลจะย้อนได้ชัดเจนหากทุกปริมาณที่ใช้ แต่เลือกใช้ 20 μl เพราะเป็นปริมาณที่เหมาะสมที่สุด ไม่น้อยเกินไป ในการนี้ที่อาจมีการระเหยของน้ำยาขณะทำการตรวจในที่มีลักษณะร่องกึ่งไม่เกิดความเสียหายต่อการอ่านผล และเมื่อทำการทดสอบกับตัวอย่างอุจจาระจำนวน 300 ราย ได้ผลดังที่รายงานนี้

การใช้ LA นั้น เหมาะกับการตรวจวินิจฉัยโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า เป็นจากในระยะ 1-3 วันแรกของโรค ผู้ป่วยจะขับไวรัสออกมากเป็นจำนวนหลายล้านตัวต่ออุจจาระหนัก 1 กรัม^(13,14) ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญของการนำวิธี LA มาใช้ ถ้านำเอาวิธี LA นี้มาตรวจตัวอย่างที่มีเชื้ออุบัติอยู่ เช่นในน้ำไขสันหลัง จากโรคสมองอักเสบจะทำให้ได้ผลการตรวจต่ำ การจะนำ LA มาใช้เป็นวิธีตรวจจึงต้องพิจารณาดูธรรมชาติของโรคว่าจะให้ผลการตรวจไวเพียงใด อาจจะเหมาะสมกับบางโรค และไม่เหมาะสมกับบางโรค

ข้อเสียของ LA คือต้องการผู้ช่วยที่ชำนาญ ซึ่งการทดสอบนี้ต้องทำโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีความชำนาญในด้านปฏิบัติการและการอ่านผล เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีการและการอ่านผล จะได้ผลต่างกัน แต่เป็นข้อเสียที่แก้ไขได้

ได้มีรายงานการใช้ LA ตามวิธีมาตรฐานตรวจไวรัสโรต้าในอุจจาระเปรียบเทียบกับวิธี ELISA โดยแพทย์ประจำบ้าน⁽¹⁵⁾ ภาควิชาภูมิเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบร่วมความไว 83.3% และความจำเพาะ 90.3% และอีกหลายรายงานได้ความไวของการตรวจอยู่ระหว่าง 69.4-88.0⁽¹⁶⁻¹⁸⁾ และความจำเพาะ 97.2%⁽¹⁶⁾ และ 100%⁽¹⁷⁾ ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ใช้ LA ที่เป็นของ commercial kit (Rotalex)

ส่วนวิธี Mini-LA ของเรามีความไว 87.5% ความจำเพาะ 99.6% ซึ่งไม่ด้อยกว่าผลการตรวจโดยวิธี LA มาตรฐาน

ในการเตรียมอุจจาระนั้น ถ้าทำตาม direction ซึ่งแนะนำให้ใช้ขวดเก็บอุจจาระสำเร็จรูป เป็นขวดที่มี filter และน้ำยาละลายอุจจาระ จะได้ผลบวกน้อยลง เนื่องจากการกระจายของอุจจาระไม่เป็นเนื้อเดียวกันอีกทั้งมักจะมีกาก

อุจาระมาอุดตันบริเวณ filter ทำให้การนำเอา filtrate มาใช้ค่อนข้างลำบาก ทำให้การทดสอบได้ผลต่ำ เมื่อเทียบกับการเช่าอุจาระในหลอดแก้วซึ่งการกระจายตัวสม่ำเสมอ และบันเฉยนำไปสู่ส่วนบนมาใช้ ซึ่งสะดวกและได้ผลดีมากกว่า เครื่องมือดักกล่าวนี้ก็มีอยู่ตามห้องปฏิบัติการทั่วไป จึงไม่เป็นปัญหาทางปฏิบัติการ การใช้ขวดที่จำหน่ายโดยบริษัทจะสั่นเปลืองโดยใช่เหตุ และให้ผลการตรวจที่ด้อยกว่า

วิธี LA มีข้อดีคือมีการควบคุมการทดสอบโดยใช้ Latex ที่เคลือบด้วย normal rabbit immunoglobulin ปฏิกิริยา agglutination ที่เกิดจาก nonspecific reaction จะไม่ถูกอ่านเป็นผลบวก จะสามารถถือว่าเป็น false positive ซึ่งถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ ต้องอาศัยการตรวจโดยวิธีอื่น เช่นวิธี ELISA

วิธี Mini-LA ที่ลดปริมาณนี้ ให้ผลการตรวจไม่ด้อยกว่าวิธี LA มาตรฐาน ดังที่ได้รายงานมาแล้ว และถ้าความไว ความจำเพาะได้สูงกว่าของรายงาน ซึ่งอาจจะเกิดจากความชำนาญในการตรวจและการแปลผลที่ต่างกัน ทุกรายงานที่เสนอพบว่าวิธี LA มีความจำเพาะสูง แต่มีความไวต่ำกว่า ELISA การที่มีความจำเพาะสูง ถ้าได้ผลบวก จะเป็นผลที่เชื่อถือได้ จะเป็นผลบวกจริง แต่ถ้าได้ผลลบ ก็ควรตรวจโดยวิธีอื่นเพิ่มเติม จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะใช้ตรวจเบื้องต้นในการวินิจฉัยโรคอุจาระร่วงของผู้ป่วยเด็กเล็ก ที่ต้องการทราบผลโดยเร็ว หรือใช้ในการศึกษาระบาดวิทยาที่มีตัวอย่างศึกษาเป็นจำนวนมาก หรือใช้ในโรง

พยาบาลที่อยู่ห่างไกลชุมชน ในห้องฉุกเฉินที่ต้องการรู้ผลไว หรือในคลินิกแพทช์ เพราะเป็นการตรวจที่ทำได้ง่าย รู้ผลเร็ว มีความจำเพาะสูง และราคาไม่แพง เมื่อผลปริมาณน้ำยาลง เช่นนี้

สรุป

ได้ทดลองตรวจไวรัสโรต้าโดยวิธี Mini-LA โดยใช้น้ำยาสำเร็จรูปในปริมาณที่น้อยกว่าที่กำหนดเปรียบเทียบ กับการตรวจโดยวิธี ELISA ทำการตรวจในอุจาระของเด็กจำนวน 300 ราย พนวิธี Mini-LA นี้ให้ผลเหมือนกับ ELISA ร้อยละ 97.0 (291/300) ให้ผลต่างกันร้อยละ 2 (6/300) และเกิด nonspecific reaction ร้อยละ 1 (3/300)

เมื่อตรวจตัวอย่างที่ให้ผลต่างกัน 9 รายนั้นด้วยวิธี LA ที่ใช้จำนวนน้ำยา 50 μl ตามมาตรฐาน ก็ได้ผลเหมือนเดิม การตรวจโดยวิธีนี้ เมื่อคำนวณทางสถิติ เปรียบเทียบกับวิธี ELISA จะมีความไวร้อยละ 87.5 ความเที่ยงตรงร้อยละ 99.6

กิตติกรรมประกาศ

ผู้จัดขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติพันธุลย์ หัวหน้าภาควิชาจุลทรรศวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยนี้

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ของภาควิชาภูมิการเวชศาสตร์ ที่ได้จัดส่งอุจาระของเด็กอ่อนที่ใช้ในการศึกษานี้

อ้างอิง

- Bishop RF, Davidson GP, Holmes IH, Ruck BJ. Virus particles in epithelial cells of duodenal mucosa from children with acute non bacterial gastroenteritis. Lancet 1973 Dec 8; 2(7841) : 1281-1283
- Ryder RW, McGowan JE, Hatch MH, Palmer EL. Reoviruslike agent as a cause of nosocomial diarrhea in infants. J Pediatr 1977 May; 90(5) : 698-702
- Steinhoff MC, Gerber MA. Rotavirus infections of neonates. Lancet 1978 Apr 8; 1(8067) : 775
- Spence L, Fauvel M, Petro R. Comparison of counter immunoelectrophoresis and electron microscopy for laboratory diagnosis of human reovirus-like agent-associated infantile gastroenteritis. J Clin Microbiol 1977 Feb; 5(2) : 248-249
- Yolken RH, Wyatt RG, Kalica AR, Kim HW, Brandt CD, Parrott RH, Kapikian AZ, Chanock RM. Use of a free viral immunofluorescence assay to detect human reovirus-like agent in human stools. Infect Immun 1977 May; 16(2) : 467-470
- Middleton PJ, Holdaway MD, Petric M, Szymanski MT, Tam JS. Solid-phase radioimmunoassay for the detection of rotavirus. Infect Immun 1977 May; 16(2) : 439-444
- Ellens DJ, de Leeuw PW. Enzyme-linked immunosorbent assay for diagnosis of rotavirus infections in calves. J Clin Microbiol 1977 Nov; 6(5) : 530-532
- Banatvala JE, Tottlerdell B, Chrystie IL, Woode GN. In-vitro detection of human rotaviruses. Lancet 1975 Oct 25; 2(7939) : 821

9. Sanekata T, Yoshida Y, Oda K. Detection of rotavirus from faeces by reserved passive haemagglutination method. *J Clin Pathol* 1979 Sep; 32(9) : 963
10. Sanekata T, Yoshida Y, OKada H. Detection of rotavirus in faeces by latex agglutination. *J Immunol Methods* 1981; 41(3) : 377-385
11. Grauballe PC, Vestergaard BF, Meyling A, Genner J. Optimized enzyme-linked immunosorbent assay for detection of human and bovine rotavirus in stools : comparison with electron-microscopy, immunoelectro-osmophoresis, and fluorescent antibody techniques. *J Med Virol* 1981; 7(1) : 29-40
12. วรรณา พรรดาภักษา, จันดนา วุฒิพยากර. การตรวจไวรัสโรต้าในอุจจาระโดยวิธีตรวจเร็ว จุฬาลงกรณ์เวชสาร ๒๕๓๑ ฤดูหนาว; ๓๒(๑๐) : ๘๗๓-๘๗๘
13. Steinhoff MC. Rotavirus; the first five year. *J Pediatr* 1980 Apr; 96(4) : 611-622
14. Banatvata JE. Viruses and diarrhea. *Trans R Soc Trop Med Hyg* 1979; 73(5) : 503-508
15. กัณฐากรณ์ ศรีเมืองวงศ์, วรรณา พรรดาภักษา. การวินิจฉัยโรคท้องเสียจากโรคไวรัสด้วยวิธี Latex agglutination test ผลงานเสนอในที่ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๓๑, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๔-๑๘ มีนาคม ๒๕๓๑.
16. Sambourg M, Goudeau A, Courant C, Pinon G, Denis F. Direct appraisal of latex agglutination testing, a convenient alternative to enzyme Immunoassay for detection of rotavirus in childhood gastroenteritis, by comparison of two enzyme immunoassays and two latex tests. *J Clin Microbiol* 1985 Apr; 21(4) : 622-625
17. Brandt CD, Arndt CW, Evans GL, Kim HW, Stallings EP, Rodriguez WJ, Parrott RH. Evaluation of a latex test for rotavirus detection. *J Clin Microbiol* 1987 Sep; 25(9) : 1800-1802
18. Morinet F, Ferchal F, Colimon R, Perol Y. Comparison of six methods for detecting human rotavirus in stools. *Eur J Clin Microbiol* 1984 Apr; 3(2) : 136-140